



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Znak pisma: DZP-280-70/2020

Nowa Sól, 02.12.2020r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania przetargowego pn: „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu rentgenowskiego z ramieniem C na potrzeby Pracowni Endoskopowej”.

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza do dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy ww. zadania.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na sytuację panującą w kraju, związaną z pandemią COVID -19, dialog odbędzie się on-line- wideokonferencja.

Zamawiający w dniu wskazanym w zaproszeniu do dialogu prześle na podany przez Wykonawcę adres e-mail link do spotkania on-line.

W załączniku nr 3- opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedstawia minimalne parametry, które winien posiadać aparat rentgenowski z ramieniem C.

W przypadku, gdy Wykonawca podczas dialogu zgłasza uwagi do poszczególnych parametrów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim), w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

I UCZESTNICU DIALOGU

Uczestnikiem dialogu technicznego może być każdy Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż aparatów rentgenowskich z ramieniem C.

II PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

Celem Dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie sporządzenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

III ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog techniczny prowadzony będzie w oparciu o przepisy art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)

Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu technicznego określone zostały w Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i został opublikowany na stronie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w części dotyczącej zamówień publicznych http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/.

W toku badania wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego należy złożyć w formie:

1. pisemnej- pocztą - listem lub kurierem na adres: Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól
2. elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.flis@szpital-nowasol.pl

Termin składania wniosków: do dnia 08.12.2020 r.

Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w dniu 09.12.2020 r.

V WARUNKI UDZIAŁU

Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu technicznym składają wniosek o dopuszczenie wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu lub Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum firm.

Do wniosku dołączane są:

- a) Pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy, jeżeli nie wynika bezpośrednio z KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

Załącznik nr 2 – Regulamin Dialogu Technicznego

Załącznik nr 3- Parametry techniczne aparatu rentgenowskiego z ramieniem C