



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

*„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”*

Znak pisma: DZP-280-36/2020

Nowa Sól, 04.08.2020r

*Sprawozdanie z dialogu technicznego*

**1. INFORMACJE OGÓLNE O DIALOGU TECHNICZNYM**

**Cel sprawozdania**

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane oraz opublikowane w celu zapewnienia, że ewentualny udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które brały udział w dialogu technicznym, nie zakłóci konkurencji. Sprawozdanie zawiera informacje przekazywane potencjalnym Wykonawcom w toku dialogu oraz informacje, które zostały pozyskane od potencjalnych Wykonawców, mające wpływ na Opis Przedmiotu Zamówienia.

**Publikacja ogłoszenia o dialogu**

Ogłoszenie o dialogu technicznym zostało opublikowane na stronie BIP Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w dniu 06.07.2020 r.

Prowadzony dialog techniczny dotyczył opracowania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia na aparat USG, który pozwoli Zamawiającemu na zakup aparatu USG w klasie Premium.

Celem dialogu technicznego było przeprowadzenie rozmów oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków serwisu i gwarancji.

**Informacje przekazane wraz z ogłoszeniem**

Na stronach BIP WS SP ZOZ wraz z ogłoszeniem o dialogu technicznym opublikowano również następujące dokumenty:

- Wzór wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego – załącznik nr 1
- Regulamin Dialogu Technicznego – załącznik nr 2
- Parametry techniczne aparatu USG- załącznik nr 3.

**Wybór Potencjalnych Wykonawców do kolejnego etapu**

Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego, Potencjalni Wykonawcy spełniający warunki udziału w Dialogu Technicznym określone w Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym złożyli Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego:

Zamawiający do Dialogu Technicznego zaprosił znanych sobie Wykonawców:

- TRIMED Sp. z oo. Ul. Radzikowkiego 126/14, 31-315 Kraków
- Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań
- Siemens Healthcare SP. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
- MIRO SP. z o.o., ul. Miśnka 25B lok. U1, 03-808 Warszawa
- Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

Zamawiający do dialogu zakwalifikował wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski.

1. Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań
2. TRIMED Sp. z oo. Ul. Radzikowkiego 126/14, 31-315 Kraków
3. Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
4. MIRO SP. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa

## **2.PRZEBIEG DIALOGU TECHNICZNEGO.**

### **Data przeprowadzenia Dialogu Technicznego**

Zamawiający zaplanował rozmowy z potencjalnymi Wykonawcami, zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań – 22.07.2020 r. godzina 9:30.
2. Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa – 22.07.2020 r. godzina 11:00.
3. MIRO SP. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa – 23.07.2020 r. godzina 9:00.
4. TRIMED Sp. z oo. Ul. Radzikowkiego 126/14, 31-315 Kraków – 23.07.2020 r. godzina 10:00.

Komisja powołana przez Zamawiającego w składzie: Anna Gašior, Krzysztof Pułkownik, Radosław Kaźmierczak, Agata Flis przeprowadziła w swojej siedzibie każdy z 4 powyższych dialogów. Na rozmowy do siedziby Zamawiającego stawili się:

1. Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k. – Łukasz Szafryna, Maciej Kulig
2. TRIMED Sp. z o.o. - Przemysław Rzepka, Szymon Jaroński
3. Philips Polska Sp. z o.o. – Mateusz Matuszak
4. MIRO SP. z o.o., - Rafał Wojciechowski

### **Informacje przekazane Potencjalnym Wykonawcom**

Podczas spotkań z potencjalnymi Wykonawcami, Zamawiający przekazał wszystkim jednakowy, opublikowany również wcześniej na swojej stronie internetowej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, jaki posiadał Zamawiający. Prosił o wskazanie, które z przykładowych parametrów zawartych w opisie mogą być ograniczeniem konkurencji i są dostępne np. tylko u jednego z Wykonawców. Zamawiający prosił również o wskazanie, które parametry cechują klasę premium aparatów USG i które muszą bezwzględnie znaleźć się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Każdy z wykonawców miał również możliwość zadawania pytań odnośnie planowanego zakupu aparatu.

Zamawiający poinformował Wykonawców, że przewiduje następujące warunki odnośnie serwisu i gwarancji aparatu USG:

- możliwości przedłużenia okresu gwarancji
- możliwości zapewnienia aparatu zastępczego
- szybkiego dostępu do części zamiennych w tym głowic

**Zamawiający po przeprowadzonych rozmowach, uzyskał informacje od Wykonawców, które parametry muszą bezwzględnie znaleźć się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia aby Zamawiający był pewien że wyspecyfikowany aparat będzie w klasie premium:**

- Panel dotykowy 10,4 cala
- Monitor min. 22 cale
- Możliwość rozbudowy o fuzje obrazów w czasie rzeczywistym

- Oprogramowanie do kontrastów, obrazowanie panoramiczne, Shear Wave,
- Monitor LED/OLED
- Oprogramowanie DICOM 3.0
- Elastografia

Ponadto z każdy z Wykonawców potwierdził, iż firma zapewnia wstawienie aparatu zastępczego na czas trwania naprawy oraz przedłużenie okresu gwarancji.

### **3. PODSUMOWANIE**

Podczas rozmów z potencjalnymi Wykonawcami, Zamawiający pozyskał niezbędną wiedzę do opracowania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pozwalającego na zakup dobre jakości aparatu klasy Premium i nie ograniczania konkurencyjności.